

Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“
Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку „Куповина санитарског и медицинског материјала“, редни број 13/2016

I. Заинтересовано лице је доставило следеће питање у вези предметне јавне набавке:

Poštovani, molimo da date pojašnjenja za:

- Partiju 2, poziciju 2: kakav uzorak treba dostaviti (originalno pakovanje, parče gaze...)?
- Partiju 18: da li je za zahtev “*| за ставке 3, 4, 5, 6 доставити сертификат анализе и оригиналну изјаву произвођача да је игла усклађена са ISO 9626 стандардом произвођача“ прихватљиво доставити overenu izjavu nosioca rešenja ALiMS uz tehničke podatke proizvođača?
- Partiju 22, pozicije 5-8: tražena medicinska sredstva su hirurške rukavice; da li ćete menjati konkursnu dokumentaciju i premestiti ih u istorodnu partiju, Partiju 21?
- Partiju 27, poziciju 5: da li je zahtevano medicinsko sredstvo u istoj količini traženo i u Partiji 28 na poziciji 2?
- Partiju 27, pozicije 6 i 7: da li su zahtevana medicinska sredstva u istoj količini tražena i u Partiji 30?

Одговор наручиоца:

1. За партију број 2 – Завојни материјал, позиција број 2 - Gaza hidrofилна, 100% памук, 80cmx100m, 20 niti po cm², (12+8), min.težina 27 gr/m², потребно је доставити оригинално паковање. Понуђачи за ову партију, чија понуда неће бити изабрана као најповољнија имаће право да им се овај узорак врати, а на претходно упућен писмени захтев, у року од 15 дана од дана истека захтева за заштиту права.
2. За партију број 18 - Инјекционе игле, системи и инјекциони шприцеви, за ставке 3, 4, 5, 6 **није** прихватљиво доставити оверену изјаву носиоца решења АЛИМС-а уз техничке податке произвођача уместо оригиналне изјаве произвођача
3. За партију број 22 - Прегледне рукавице – латекс, позиције 5 до 8 нису хируршке рукавице обзиром да су у АЛИМС-у исте регистроване као прегледне и као такве се користе за прегледе. Измена ове партије није прихватљива.
4. У партији број 27. - Материјал за гинекологију, направљена је техничка грешка приликом израде конкурсне документације, тако да се овим путем врши измена исте, тако да се из предметне партије бришу ставке 5, 6 и 7, обзиром да се ове ставке већ налазе у партијама број 28 односно 30. Услед наведеног наручилац је узрадио нову табелу за ову партију – Образац структуре цене

са упутством како да се попуни, која се налазе у прилогу овог дописа. **Заинтересована лица која подносе понуду за ову партију ће користити искључиво овај нови образац за подношење понуда.**

II. Заинтересовано лице је доставило следеће питање у вези предметне јавне набавке:

1. Molimo Vas da u Partiji 3, stavka 1 - Flaster za fiksiranje na papiru

2,5cmx9,14m dozvolite odstupanje od tražene dimenzije +/- 10%, i time omogućite učešće većeg broja ponuđača jer je kod većeg broja proizvođača zastupljena dimenzija traženog flastera 2,5cmx10m.

2.Molimo Vas da se u Partiji 22, stavke 5,6,7,8 - Pregledne sterilne rukavice latex sa puderom izdvoje u posebnu partiju, s obzirom da samo jedna firma u Srbiji ima registrovana ova medicinska sredstva čime se isključuju svi ostali ponuđači, a što možete proveriti i kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Takođe, za rukavice pod rednim brojem 1,2,3,4 tražite za sve veličine gramažu rukavica minimum 6 gr, a što nije u skladu sa važećim standardima za rukavice, jer za rukavice veličine S gramaža mora biti ispod 6 gr.

Gramaza koju ste naveli minimum 6 gr se odnosi na veličine rukavica M, L, XL jer se prema svetskim standardima za referentnu vrednost za gramažu rukavica uzima gramaža rukavica za veličinu M kao svetski standard za kontrolu gramaža rukavica.

Одговор наручиоца:

1. За партију број 3 – Фластер са фиксирањем, за ставку број 1 - Flaster za fiksiranje na papiru 2.5cmx9,14 m измена је прихватљива, с тим да одступања дужине могу бити само већа од дефинисаних 9,14m тј. могу бити 9,14m +10% али не и -10%.

2. За партију број 22 - Прегледне рукавице – латекс, издвајање ставки од 5 до 8 у посебну партију није прихватљиво. Наручилац је формирао партију сходно својим потребама

У оквиру партије 22 измена описа ставке број 1 је прихватљива. Мења се опис ставке број 1 - „Pregledne rukavice –lateks, bez pudera, vel.S, minimum 6 gr; AQL 1.5; prema EN 455-1“, и сада гласи: Pregledne rukavice –lateks, bez pudera, vel.S; AQL 1.5; prema EN 455-1

III. Остале измене, односно појашњења:

1. У „Упутству понуђачима како да сачине понуду“ у тачки 4, мења се реченица: „Набавка је организована у 27 партија“ и сада гласи „Набавка је организована у 31 партију“

2. У партијама број 3 и 4 дописани су редови „укупне вредности“ у обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни, тако да су заинтересована лица за ове партије у обавези да користе нове образце за подношење понуде, који се налазе у прилогу овог дописа.

3. Захтевано добро у партији број 25 – Хидроген, је **биоцидно средство**.

Нове образце који се налазе у прилогу овог дописа заинтересовани понуђачи ће искључиво користити приликом подношења понуда (уместо првобитно објављених у конкурсној документацији).

Комисија за јавну набавку
„санитетског и медицинског материјала“,
редни број набавке 13/2016

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 3 – ФЛАСТЕР СА ФИКСИРАЊЕМ

Редни број	Назив	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Комерцијално име производа	Произвођач	Напомена
				Попуњава понуђач				
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8	9
1	Flaster za fiksiranje na papiru 2.5cmx9,14 m	komad	300					Доставити узорак
2	Flaster za fiksiranje na platnu 5cmx5 m	komad	3.500					Доставити узорак
Укупна вредност без пдв-а:								
Укупна вредност са пдв-ом:								

* достављени узорци морају бити у оригиналном паковању

* Доставити важеће Решење АЛИМС-а

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Попунити, потписати и оверити печатом од стране овлашћеног лица понуђача.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 4 – ТУРБАН ЗАВОЈ

Редни број	Назив	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Комерцијално име производа	Произвођач	Напомена
				Попуњава понуђач				
1	2	3	4	5	6 (4X5)	7	8	9
1	Turban zavoj br 3, duzina 25 m	komad	70					Доставити узорак
2	Turban zavoj br 5, duzina 25 m	komad	120					Доставити узорак
Укупна вредност без пдв-а:								
Укупна вредност са пдв-ом:								

* доставити узорке у најмањем оригиналном паковању

* доставити каталог понуђених производа

* Доставити важеће Решење АЛИМС-а

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Попунити, потписати и оверити печатом од стране овлашћеног лица понуђача.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Партија 27 - МАТЕРИЈАЛ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ

Редни број	Назив	Јед. мере	Количина	Цена по јединици мере без ПДВ-а	Вредност без ПДВ-а	Комерцијално име производа	Произвођач	Напомена
				Попуњава понуђач				
1	2	3	4	5	6 (4 x 5)	7	8	9
1	Etar	litar	9					/
2	Gel za ultrazvučnu dijagnostiku	kilogram	100					/
3	Gymza 1x500ml	boca	1					/
4	Lugolov rastvor za kolposkopiju	litar	15					/
Укупна вредност без пдв-а:								
Укупна вредност са пдв-ом:								

*За ставку број 3 доставити произвођачку декларацију

* За све ставке, осим за ставку 1, доставити важеће Решење АЛИМС-а

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Попунити, потписати и оверити печатом од стране овлашћеног лица понуђача.