

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), в.д. директор Дома здравља „Нови Београд“ улица Булевар маршала Толбухина бр. 30, Нови Београд, доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**  
за јавну набавку у отвореном поступку „Куповина медицинске опреме“, редни број  
10/2017

**Образложење**

Наручилац је дана 22.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку, заводни број Одлуке 275/2 - „Куповина медицинске опреме“, редни број 10/2017.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда 03.04.2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је пет понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. У Извештају о стручној оцени понуда број 275-22 од 05.06.2017. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

- 1) **Врста предмета јавне набавке:** Добра
- 2) **Врста наручиоца:** здравство
- 3) **Подаци о јавној набавци:**

Предмет јавне набавке			Куповина медицинске опреме		
Редни број из Плана јавних набавки; Редни број јавне набавке			I - 13, 10/2017		
Назив и ознака из општег речника набавке			33100000 - Медицинска опрема		
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање			Средства за наведену набавку су предвиђена у финансијском плану наручиоца на позицији Б VIII 19.2.3		
Број партије	Назив партије	Назив изабраног понуђача	Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) у динарима	Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) у динарима	Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) у динарима
1	Аутоклав	„Medicom“ d.o.o.	1.200.000,00	1.188.000,00	1.429.600,00
2	Ултразвучни колор доплер са три сонде	Предузеће за промет и заступање „АВ Trade“ d.o.o.	3.400.000,00	3.380.000,00	4.056.000,00
3	Ултразвучни колор доплер са четири сонде	„Md Imaging“ d.o.o.	3.900.000,00	3.880.000,00	4.656.000,00
Укупно:			8.500.000,00	8.448.000,00	10.141.600,00

- 4) Критеријум за оцењивање понуда за све партије је најнижа понуђена цена
- 5) Неблаговремених понуда није било
- 6) Укупан број поднетих понуда: пет

Назив/име понуђача и основни подаци понуђача		број и датум понуде
1	„Medicom“ d.o.o. Поцерска бр. 3, Шабац, м.бр. 07595166, пиб 100126308	3/185 од 03.05.2017
2	„Medigala“ d.o.o. Господар Јевремова бр.45, Београд, м.бр. 17086596, пиб 101821204	3/186 од 03.05.2017
3	Предузеће за промет и заступање „АВ Trade“ d.o.o. Билећка бр. 14, Београд, м.бр. 17175424, пиб 100421071	3/187 од 03.05.2017
4	„Superlab“ d.o.o, Милутина Миланковића бр.25, Нови Београд, мат.бр. 17051717 пиб.101822498	3/188 од 03.05.2017
5	„MD Imaging“ d.o.o. Алексе Ненадовића бр. 1, Београд, мат. бр. 17072579, пиб 101977279	3/189 од 03.05.2017

### Партија 1- Аутоклав

**Укупан број понуда за партију број 1. – две**

**Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за партију 1):**

1. Комисија је установила да понуђач „Superlab“ d.o.o. број понуде 3/188 од 03.05.2017. године није доставио валидно односно одговарајуће ауторизационо писмо, обзиром да је потписник достављеног ауторизационог писма „Tuttnauer“ LTD Israel који није произвођач понуђеног добра.

Произвођач понуђеног добра је „Tuttnauer“ Europa B.V. У Решењу АЛИМС-а као произвођач понуђеног добра се такође наводи „Tuttnauer“ Europa B.V.

Обзиром на горе наведено понуда понуђача „Superlab“ d.o.o. број понуде 3/188 од 03.05.2017. се одбија као неприхватљива.

#### Понуђена вредност одбијене понуде

	Подносилац понуде	Понуђена вредност (динара без ПДВ-а)	Понуђена вредност (динара са ПДВ-ом)
1.	„Superlab“ d.o.o.	1.159.700,00	1.391.640,00

#### Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве

	Назив/име понуђача	Понуђена вредност (динара без ПДВ-а)
1.	„Medicom“ d.o.o.	1.188.000,00

**Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:**

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 2, додељује понуђачу „Medicom“ d.o.o. Поцерска бр. 3, Шабац, м.бр. 07595166, пиб 100126308, број понуде 3/185 од 03.05.2017. године.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

### Партија 2- Ултразвучни колор доплер са три сонде

**Укупан број понуда за партију број 2. – две**

**Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за партију 2):**

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Md Imaging“ d.o.o. број понуде 3/189 од 03.05.2017. године прелази износ процењене вредности за партију 2. На основу наведеног понуда понуђача „Md Imaging“ d.o.o. се одбија као неприхватљива.

**Понуђена вредност одбијене понуде**

	Подносилац понуде	Понуђена вредност (динара без ПДВ-а)	Понуђена вредност (динара са ПДВ-ом)
1.	„Md Imaging“ d.o.o.	3.580.000,00	4.296.000,00

**Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве**

	Назив/име понуђача	Понуђена вредност (динара без ПДВ-а)
1.	Предузеће за промет и заступање „AB Trade“ d.o.o.	3.380.000,00

**Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:**

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 2, додељује понуђачу „AB Trade“ d.o.o. Билећка бр. 14, Београд, м.бр. 17175424 , пиб 100421071, број понуде 3/187 од 03.05.2017. године.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

**Партија 3- Ултразвучни колор доплер са четири сонде**

**Укупан број понуда за партију број 3. – три**

**Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање (за партију 3):**

1. Комисија је установила да понуда понуђача „Ab trade“ d.o.o. број понуде 3/187 од 03.05.2017. године прелази износ процењене вредности за партију 3. На основу наведеног понуда понуђача „Ab trade“ d.o.o. се одбија као неприхватљива.

2. Дана 02.06.2017. године наручилац је у просторијама Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, на претходни позив понуђача „Medigala“ doo, извршио увид у истоврсни модел апарата који је понуђен у предметној набавци - „Diagnostic Ultrasound System“, модел „DC-8“, произвођача „Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.“ из Кине.

Том приликом је констатовано да апарат са увида јесте понуђени модел апарата - „Diagnostic Ultrasound System“, модел „DC-8“, произвођача „Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.“, да садржи дигитално подешавање TGC-а, али да овај модел апарата садржи LCD колор монитор од 19 инча, што је и наведено у Записнику приликом горе поменутог увида од 02.06.2017. године. Дакле, понуђени модел апарата не испуњава карактеристику тражену конкурсном документацијом – да садржи LCD колор монитор од минимум 21 инча.

Представник понуђача је том приликом донео и монитор који није био саставни део понуђеног модела апарата „Diagnostic Ultrasound System“, модел „DC-8“, дакле засебан монитор, за кога је инсистирао да уђе у Записник да има веће димензије од 19 инча.

Наручилац је претрагом јавно доступних података, на званичном сајту произвођача, на страници [http://www.mindray.com/en/product/DC-8\\_General\\_Imaging.html](http://www.mindray.com/en/product/DC-8_General_Imaging.html) увидео да понуђени модел апарата поседује монитор од 19 инча.

**Дана 15.05.2017. године наручилац се обратио АЛИМС-у питањем:**

„Обзиром да јавно доступни подаци (интернет страна произвођача предметног модела уређаја) указују да је апарат поседује монитор од 19 инча и да уопште не поседује „digitalni TGC“, молим да нам доставите следећи одговор:

1) Да ли је ултразвучни апарат - „Diagnostic Ultrasound System“, модел „DC-8“, произвођача „Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.“ из Кине, регистрован Решењем АЛИМС-а, број 515-02-00316-15-001 од 21.05.2015. године (носилац уписа „Medigala“ доо, Господар Јевремова 45, Београд), приликом уписа у Регистар АЛИМС-а регистрован са монитором 19 инча или пак са монитором од 21,5 инча, као и да ли горе наведени апарат поседује „digitalni TGC“ ?

2) Обзиром да нам је „Medigala“ доо понудио горе наведени апарат са монитором од 21,5 инча, а притом је поднео само Решење АЛИМС-а, број 515-02-00316-15-001 од 21.05.2015. године (које упућује да апарат поседује монитор од 19 инча), молимо да нам доставите информацију - да ли се промена димензија монитора предметног апарата, након његовог уписа у Регистар медицинских средстава, сматра променом која захтева подношење захтева АЛИМС-у за одобрење измене уписа медицинског средства у Регистар, односно захтева за измену или допуну облика, паковања или димензија медицинског средства, а нарочито у случају да приликом регистрације предметног медицинског средства није била наведена величина монитора.

НАПОМЕНА: Уколико је понуђач Medigala“ доо поднео било какав захтев за измену или допуну Решења за предметно медицинско средство молимо Вас да нас о томе известите и доставите одговарајући доказ.

Такође, молимо да нам доставите и одобрено упутство за употребу и техничку документацију коју је „Medigala“ доо поднео приликом захтева за регистрацију предметног медицинског уређаја.“

Дана 30.05.2017. године АЛИМС је доставио одговор у коме је навео да промена карактеристике медицинског средства повлачи са собом обавезу пријаве тих измена односно подношење захтева АЛИМС-у за одобрење измене уписа медицинског средства у Регистар, односно захтев за измену или допуну облика, паковања односно димензија медицинског средства.

Такође, АЛИМС је навео да у документацији коју је предао „Medigala“ доо за предметни апарат, није утврђена димензија монитора нити опција „digital TGC“ али ни да АЛИМС не захтева достављање техничке документације када производи садрже „СЕ“-знак, те да се то поставља као услов наручиоца у поступцима јавних набавки.

АЛИМС је још навео да је „Medigala“ доо поднео захтев бр 515-02-01142-2017-7 од 24.04.2017. године за измену или допуну упутства за употребу модела „Diagnostic Ultrasound System“, модел „DC-8“, произвођача „Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.“ из Кине где је за употребу додата нова софтверска опција „Digital TGC“ . Такође су поднели захтев бр 515-02-01141-2017-7 од 24.04.2017. године, за измену или допуну димензија, облика и паковања медицинског средства модел „DC-8“, произвођача „Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.“ из Кине која се односи на димензије монитора.

**АЛИМС наводи да ће „у законом прописаном року решити по наведеним захтевима“.**

Обзиром да је понуђач у понуди навео да нуди монитор са 21,5 инча, а да је увидом од 02.06.2017. године записнички констатовано да апарата поседује монитор од 19 инча ( што је утврђено и са званичног сајта произвођача ) као и на дато, горе наведено мишљење АЛИМС - да промена карактеристика мора бити пријављена АЛИМС-у, али да АЛИМС поводом поднетих захтева „Medigala“ доо (бр 515-02-01142-2017-7 од 24.04.2017. године и бр 515-02-01141-2017-7 од 24.04.2017. године) **још није издао измену важећег Решења, број 515-02-00316-15-001 од 21.05.2015. године**, наручилац констатује да је понуда понуђача „Medigala“ d.o.o. неодговарајућа јер не садржи монитор од минимум 21 инча већ од 19 инча.

У погледу карактеристике „Digital TGC“ важеће Решење о упису у Регистар број 515-02-00316-15-001 од 21.05.2015. године не важи за понуђени модел апарата обзиром да је увидом записнички констатовано да апарат садржи софтверску верзију „Digital TGC“ а да је тек 24.04.2017. године захтевом код АЛИМС-а ( бр 515-02-01142-2017-7) поднет захтев за ову карактеристику, а притом измена важећег Решења није издата. Услед горе наведеног понуда понуђача „Medigala“ d.o.o. садржи битан недостатак по члану 106. став 1, тачка 2, Закона о јавним набавкама обзиром да понуђач није доставио доказ да је понуђени модел апарата (који поседује „Digital TGC“) има **важеће Решење** АЛИМС-а, те се понуда истог одбија и као неприхватљива.

#### Понуђена вредност одбијене понуде

	Подносилац понуде	Понуђена вредност (динара без ПДВ-а)	Понуђена вредност (динара са ПДВ-ом)
1.	Ab trade“ d.o.o.	4.100.000,00	4.920.000,00
2.	„Medigala“ d.o.o.	3.625.000,00	4.350.000,00

#### Ранг листа понуђача чије су понуде благовремене, одговарајуће и прихватљиве

	Назив/име понуђача	Понуђена вредност (динара без ПДВ-а)
1.	„Md Imaging“ d.o.o.	3.880.000,00

#### Назив, односно име понуђача коме се додељује уговор:

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор за партију 3, додељује понуђачу „MD Imaging“ d.o.o. Алексе Ненадовића бр. 1, Београд, мат. бр. 17072579, пиб 101977279, број понуде 3/189 од 03.05.2017. године.

Изабрани понуђач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.

#### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

