

**Наручилац:**

Дом здравља „Нови Београд“  
Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на постављено питање и измене и допуне конкурсне документације „Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“, редни број набавке 15/2018

**Заинтересовано лице је поставило следеће питање:**

S obzirom na zahtev i potrebu naručioca vezano za kasete i doboše „...pogodno za sterilizaciju u autoklavu i suvim sterilizatorima.“, kako potencijalni ponuđači ne bi bili dovedeni u zabludu i kako bi bili u mogućnosti da ponude odgovarajuće kasete i doboše tačno prema iskazanim realnim potrebama naručioca, molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja vezana za suve sterilizatore, autoklave i postupke sterilizacije koje se koriste kod naručioca.

1. Koji protokol i standard se primenjuje kod naručioca vezano za postupak sterilizacije?
2. Koje su klase autoklavi koje koristi naručilac?
3. Da li suvi sterilizatori u kojima će se koristiti kasete imaju forsirani protok vazduha?
4. Da li autoklavi u kojima će se koristiti kasete i doboši imaju pulsni ili frakcionirani vakuumski postupak, s obzirom na usvojeni protokol sterilizacije kod naručioca?
5. Na koji način će naručilac vršiti validaciju postupka sterilizacije u autoklavu kod traženih kaseti, s obzirom na usvojeni protokol sterilizacije kod naručioca ?
6. Za koji rok ispravnosti sterilisanog materijala kasete i doboši moraju biti odgovarajući s obzirom na usvojeni protokol sterilizacije kod naručioca i na koji način ponuđač to dokazuje?
7. Da li ponuđene kasete i doboši koji se koriste u autoklavu moraju biti odgovarajući za program destabilizacije priona?

**Одговор наручиоца:**

Наручилац сматра да техничким карактеристикама и захтевима везано за партије број 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37 никога не доводи у заблуду с обзиром да су **исте техничке карактеристике** биле и у поступку јавне набавке 22/2016 (осим што промењене су димензије у неким партијама) и да наручилац и сада тражи такве касете и добоше.

Да је наручилац имао потребу за нпр. перфорираним касетама са филтерима или контејнерима за стерилизацију то би и навео, а додатни захтев „погодно за стерилизацију у аутоклаву и сувим стерилизаторима“ наручилац је поставио после првог питања постављеног у предметној набавци управо како би разрешио такве евентуалне недоумице потенцијалних понуђача.

Постављена питања од стране заинтересованог лица се тичу медицинске опреме коју Наручилац користи и самог процеса рада од стране Наручиоца као и рада надлежних институција и државних органа што није предмет ове набавке.

Али како би изашли у сусрет заинтересованом лицу Наручилац примењује важеће стандарде EN ISO, поседује аутоклаве Б класе који имају пулсни поступак, а суви стерилизатори немају форсирани проток ваздуха.

Питања под редним бројем 5 и 6 нису у надлежности заинтересованог лица.

Време и место отварања понуда остају непромењени.

Комисија за јавну набавку  
„Куповина медицинског и стоматолошког алата и ситног инвентара  
и резервних делова за стоматолошку опрему и насадне инструменте“,  
редни број набавке 15/2018